DAHO
(주)다호 트로닉
www.daho.co.kr

KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS CALIBRATION NO 288
국제공인 교정기관

압력트랜스미터 23SY Ei

KCs안전인증서 획득

방폭 KTL인증

KELLER

ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory

제2021-043465-01-1호 (1/2)

안 전 인 증 서

Keller AG fur Druckmesstechnik
St. Gallerstr. 119 CH 8404 Winterthur, Switzerland

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및
법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기
합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목
Piezoresistive pressure transmitter

형식 · 모델(용량 · 등급) / 인증번호
23SYEi(Ex ia IIC T6/T4 Ga) / 21-KA4BO-0628X

인 증 기 준
고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장
·본 인증서는 'St. Gallerstr. 119 CH 8404 Winterthur, Switzerland' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요
·제품개요: 당 기기는 압력을 전류 (4 – 20) mA 혹은 전압 (0 – 10) V 으로 출력하는 압력 트랜스미터임.
·본질안전을 위한 전기적 파라미터: 별첨 참조.
·사용주위온도: -40 ℃ ≤ T_a ≤ +100 ℃ (T4), +50 ℃ (T6),(P_i 값에 따른 사용주위온도는 별첨을 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건
·공정 온도 및 허용가능한 압력 범위는 사용자설명서를 참조할 것.
·관련 IECEx 인증서(IECEx IBE 14.0044X issue No.1) 3 페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사
·사용자 설명서 참
·본 안전인증서는
·안전인증품의 품질 … 인증 받은 자의 의무 준수.

한국산업기술시험원

산업안전보건법 시행규칙 [별지 제46호서식]

(08389) 서울시 구로구 디지털
(52852) 경상남도 진주시 충의

본질안전방폭 압력트랜스미터

수소차 & 수소충전소 환경에 적합